

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 59019

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2025-07-17

**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2025-07-29

**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2026-07

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2025-07-29

**Cliente (Client):** PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA. LTDA.  
SAN JUAN DE DIOS S4-503 Y AV. PLAYA CHICA, QUITO, PICHINCHA

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

|                             |            |                                                 |                                 |                                                         |                                    |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Equipo (Instrument):</b> | Multímetro | <b>Int. de Medición:</b><br>(Measurement Range) | 750 VAC; 1000 VDC; 2 MΩ; 10 ADC | <b>Ubicación:</b><br>(Location)                         | *****                              |
| <b>Marca (Brand):</b>       | HOTDEAL    |                                                 |                                 |                                                         |                                    |
| <b>Modelo (Model):</b>      | DT380B     | <b>División de escala:</b><br>(Resolution)      | 0.1 mV; 0.001 mA; 0,1 Ω         | <b>Lugar de Calibración:</b><br>(Place of Calibration): | Lab. INNOVATEC<br>INNOVATEC's Lab. |
| <b>Serie (Serial #):</b>    | 25597525   |                                                 |                                 |                                                         |                                    |

**Datos de Calibración (Calibration Info)**
**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08

**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)**
**Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)

**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)

**Trazabilidad (Traceability Info)**

| Patrón (Standard)      | Marca (Brand) | Cert. #  | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|------------------------|---------------|----------|--------------------------------|------------------|
| Multicalibrador Patrón | Transmille    | AC-31826 | 2025-06-24                     | 2 años           |
| Current Adapter        | Transmille    | 35157    | 2018-01-18                     | -                |

**Resultados (Results)**

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:** Ninguno.  
*Comments*

**Calibrado por:** Mauricio Landivar  
*Calibrated by:*

**Aprobado por:**  
*Approved by:*

**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 59019

Equipo (Instrument):

Multímetro

Fecha de Calibración:

2025-07-29

Marca (Brand):

HOTDEAL

| Tipo (Type)                   | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Tensión Continua              | 200 mV        | 20 mV             | 20.0 mV   | 0.0 mV        | ± 58 µV                     |
| Tensión Continua              | 200 mV        | 180 mV            | 180.2 mV  | 0.2 mV        | ± 58 µV                     |
| Tensión Continua              | 2000 mV       | 200 mV            | 201 mV    | 1.000 mV      | ± 0.58 mV                   |
| Tensión Continua              | 2000 mV       | 1000 mV           | 1001 mV   | 1 mV          | ± 0.58 mV                   |
| Tensión Continua              | 2000 mV       | 1800 mV           | 1798 mV   | -2 mV         | ± 0.58 mV                   |
| Tensión Continua              | 2000 mV       | -1000 mV          | -1000 mV  | 0 mV          | ± 0.58 mV                   |
| Tensión Continua              | 2000 mV       | -1800 mV          | -1796 mV  | 4 mV          | ± 0.58 mV                   |
| Tensión Continua              | 20 V          | 2 V               | 2.00 V    | 0.00 V        | ± 5.8 mV                    |
| Tensión Continua              | 20 V          | 18 V              | 18.01 V   | 0.01 V        | ± 5.8 mV                    |
| Tensión Continua              | 200 V         | 20 V              | 20.1 V    | 0.1 V         | ± 58 mV                     |
| Tensión Continua              | 200 V         | 180 V             | 180.5 V   | 0.5 V         | ± 58 mV                     |
| Tensión Continua              | 1000 V        | 100 V             | 100 V     | 0 V           | ± 0.58 V                    |
| Tensión Continua              | 1000 V        | 900 V             | 903 V     | 3 V           | ± 0.58 V                    |
| Tensión Alterna @ 50 Hz       | 200 V         | 180 V             | 179.4 V   | -0.6 V        | ± 74 mV                     |
| Tensión Alterna @ 50 Hz       | 750 V         | 675 V             | 673 V     | -2 V          | ± 0.59 V                    |
| Tensión Alterna @ 350 Hz      | 200 V         | 180 V             | 179.1 V   | -0.9 V        | ± 85 mV                     |
| Tensión Alterna @ 350 Hz      | 750 V         | 675 V             | 674 V     | -1 V          | ± 0.59 V                    |
| Resistencia Eléctrica         | 200 Ω         | 0 Ω               | 0.1 Ω     | 0.1 Ω         | ± 60 mΩ                     |
| Resistencia Eléctrica         | 200 Ω         | 180 Ω             | 178.6 Ω   | -1.4 Ω        | ± 83 mΩ                     |
| Resistencia Eléctrica         | 2000 Ω        | 1800 Ω            | 1776 Ω    | -24 Ω         | ± 0.69 Ω                    |
| Resistencia Eléctrica         | 20 kΩ         | 18 kΩ             | 17.86 kΩ  | -0.14 kΩ      | ± 6.2 Ω                     |
| Resistencia Eléctrica         | 200 kΩ        | 180 kΩ            | 182.2 kΩ  | 2.2 kΩ        | ± 65 Ω                      |
| Resistencia Eléctrica         | 2000 kΩ       | 1800 kΩ           | 1819 kΩ   | 19.000 kΩ     | ± 1.2 kΩ                    |
| Intensidad Eléctrica Continua | 200 µA        | 180 µA            | 180.4 µA  | 0.4 µA        | ± 0.58 µA                   |
| Intensidad Eléctrica Continua | 200 µA        | -180 µA           | -180.3 µA | -0.3 µA       | ± 0.58 µA                   |
| Intensidad Eléctrica Continua | 2000 µA       | 1800 µA           | 1796 µA   | -4 µA         | ± 0.58 µA                   |
| Intensidad Eléctrica Continua | 2000 µA       | -1800 µA          | -1795 µA  | 5 µA          | ± 0.58 µA                   |
| Intensidad Eléctrica Continua | 20 mA         | 18 mA             | 17.97 mA  | -0.03 mA      | ± 5.9 µA                    |
| Intensidad Eléctrica Continua | 20 mA         | -18 mA            | -17.96 mA | 0.04 mA       | ± 5.9 µA                    |
| Intensidad Eléctrica Continua | 200 mA        | 180 mA            | 181.7 mA  | 1.7 mA        | ± 58 µA                     |
| Intensidad Eléctrica Continua | 200 mA        | -180 mA           | -181.8 mA | -1.8 mA       | ± 58 µA                     |
| Intensidad Eléctrica Continua | 10 A          | 1 A               | 1.00 A    | 0.00 A        | ± 5.8 mA                    |
| Intensidad Eléctrica Continua | 10 A          | 9 A               | 9.03 A    | 0.03 A        | ± 6.4 mA                    |
| Intensidad Eléctrica Continua | 10 A          | -9 A              | -9.03 A   | -0.03 A       | ± 6.4 mA                    |