



Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATEC CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 59519
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-07-30
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-07-31
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-07-31

Cliente (Client): CUYABENOPETRO S A
AVENIDA PAMPITE S/N Y SIMÓN VALENZUELA EDIFICIO YOO CUMBAYÁ OFICINA 517, CUMBAYÁ, PICHINCHA

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Termómetro Digital	Código (Code):	*****	Int. de Medición: (Measurement Range):	(-40 a 100) °C
Marca (Brand):	THOMAS SCIENTIFIC	Ubicación (Location):			
Modelo (Model):	1235C87	Lugar de Calibración (Place of Calibration):	Laboratorios INNOVATEC	División de escala: (Resolution):	0.1 °C
Serie (Serial #):	221970682		INNOVATEC's Lab		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-02	Temp. Inicial (Initial Temp): 21.7 °C	Hum. Inicial (Initial Hum.): 55.8 %HR
	Temp. Final (Final Temp.): 21.9 °C	Hum. Final (Final Hum.): 55.6 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
PRT	ISOTECH	AC-31859	2025-06-30	2 años
Advanced Multimeter	Transmille	51065	2024-03-26	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: El Procedimiento NO especifica una regla de cumplimiento, para lo cual se considera de las especificaciones del equipo dadas por el Fabricante el valor de la Presición que en este caso es de ± 0.15 °C, con lo cual el equipo SI Cumple con los Errores Máximos Permitidos.

Calibrado por:
Calibrated by:

Ing. Patricio Llerena

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:	59519	Equipo (<i>Instrument</i>): Termómetro Digital			
Fecha de Calibración:	2025-07-31	Marca (<i>Brand</i>): THOMAS SCIENTIFIC			
Nominal (<i>Nominal</i>)	Patrón (<i>Standard</i>)	UBP (<i>UUT</i>)	Error (<i>Error</i>)	Exactitud (<i>Accuracy</i>)	Incertidumbre (<i>Uncertainty</i>)
50 °C	49.989 °C	49.94 °C	-0.049 °C	± 0.15 °C	± 5.8E-02 °C
70 °C	69.999 °C	69.96 °C	-0.039 °C	± 0.15 °C	± 5.8E-02 °C
80 °C	80.059 °C	79.98 °C	-0.079 °C	± 0.15 °C	± 5.8E-02 °C
90 °C	89.959 °C	89.89 °C	-0.069 °C	± 0.15 °C	± 5.8E-02 °C