



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 59995

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-14

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-19

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-19

Ciente (Client): JAMES BROWN PHARMA C.A.
 AVENIDA INTEROCEÁNICA KM 23 1/2 Y PASAJE COSTA SAMBRONE

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Polarímetro	Int. de Medición: -180° a +180° en rotación.	Código (Code): *****
Marca (Brand): BIOBASE	(Measurement Range)	Ubicación (Location): Laboratorio
Modelo (Model): BK-P4	División de Escala: 1°	Lugar de Calibración
Serie (Serial): 1053051601	(Resolution):	(Place of Calibration): Lab. Innovatec

Datos de Calibración (Calibration Info)
Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-02

Temperatura (Temp): (°C a °C)

Humedad (Humidity): (%HR a %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Product	Lot. No	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Sucrose in Water	Reference solution	BS3025E1	2025-05-16	5 meses
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Resultados (Results)

Patrón °BX	UBP (UUT) °BX	Error	Incertidumbre (Uncertainty)
5	4.5	-0.5	± 0.16 % Brix
20	18.5	-1.5	± 0.16 % Brix
40	35.5	-4.5	± 0.16 % Brix
60	50.4	-9.6	± 0.16 % Brix
80	68.5	-11.5	± 0.16 % Brix
85	65.7	-19.3	± 0.16 % Brix

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:
Comments: El equipo no cumple con los lineamientos establecidos por James Brown Pharma.

Calibrado por:
Calibrated by: Ing. Isaac Calle

Aprobado por:
Approved by:
Fin de Certificado (End of Certificate)