

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 60129

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-18

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-18

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-02

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-18

Cliente (Client): INDECAUCHO CIA. LTDA
CAYAMBE / SAN JOSÉ DE AYORA / PANAMERICANA NORTE SN, CAYAMBE (PICHINCHA), ECUADOR

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Balanza	Capacidad Máx. (Max Capacity)	3000 kg	Ubicación: (Location)	Clorado
Marca (Brand):	Radweg				
Modelo (Model):	PUE7.1	División de escala: (Resolution)	d: 0.2 kg / e: 200 g	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	704406				
Código (Code):	CY-CL-048	Clase (Class):	Alta (II)		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-13

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)



Temperatura (Temp): (19.9 °C a 20.2 °C)

Humedad (Humidity): (54.8 %HR a 54.4 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Pesas M1	-	55798	2025-04-09	1 año
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Ejemplo Distribución de Excentricidad:



Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad: Cumple
Linealidad: Cumple
Repetibilidad: Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Los resultados en # no se encuentran dentro de la acreditación de A2LA, pero si dentro de las capacidades de INNOVATEC
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:60129Equipo (Instrument): Balanza

Fecha de Calibración:2025-08-18Marca (Brand): Radwag

Resultados (Results)

Linealidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±)	Histéresis	Incertidumbre
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente	Tolerance (±)	(Histerisis)	(Uncertainty)
10 kg	10 kg	10 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
20 kg	20 kg	20 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
50 kg	50 kg	50 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
100 kg	100 kg	100 kg	0 kg	0 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
200 kg	199.8 kg	199.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
300 kg	299.8 kg	299.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
500 kg	499.8 kg	499.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
750 kg	749.8 kg	749.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.2 kg	0 kg	± 0.28 kg
# 2000 kg	1999.8 kg	1999.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.4 kg	0 kg	± 0.28 kg
# 3000 kg	2999.8 kg	2999.8 kg	-0.2 kg	-0.2 kg	0.4 kg	0 kg	± 0.28 kg

Excentricidad:

Patrón (Standard)	Posición					Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha		Tolerance (±)
1000 kg	1000 kg	999.8 kg	999.8 kg	1000 kg	999.8 kg	0.2 kg	0.2 kg

Repetibilidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
1500 kg	1499.8 kg	0 kg	0.4 kg	3000 kg	2999.8 kg	0 kg	0.4 kg
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		
	1499.8 kg				2999.8 kg		