

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 60673

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-28

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-28

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-02

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-28

Cliente (Client): INDUSTRIALIZADORA Y COMERCIALIZADORA DE PALMITO S.A. INCOPALMITO
Via Santo Domingo Quininde km 205 Cantón Quininde

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Balanza	Capacidad Máx. (Max Capacity)	100 kg	Ubicación: (Location)	Planta
Marca (Brand):	Avery Weigh-Tronix				
Modelo (Model):	ZQ375-SD1	División de escala: (Resolution)	d: 0.01 kg / e: 10 g	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	223651384				
Código (Code):	*****	Clase (Class):	Media (III)		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-13



Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (23.8 °C a 23.9 °C)

Humedad (Humidity): (92 %HR a 92 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Juego de Pesas F1	Rice Lake	58025	2025-06-17	1 año
Pesas M1	-	55798	2025-04-09	1 año
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Ejemplo Distribución de Excentricidad:

Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad:	No Cumple
Linealidad:	No Cumple
Repetibilidad:	No Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Ing. Isaac Calle
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:


Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:	60673	Equipo (Instrument):	Balanza
Fecha de Calibración:	2025-08-28	Marca (Brand):	Avery Weigh-Tronix

Resultados (Results)

Linealidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±)	Histérisis	Incertidumbre
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente	Tolerance (±)	(Histerisis)	(Uncertainty)
1 kg	0.99 kg	0.99 kg	-0.01 kg	-0.01 kg	0.01 kg	0 kg	± 0.079 kg
5 kg	4.99 kg	4.99 kg	-0.01 kg	-0.01 kg	0.01 kg	0 kg	± 0.079 kg
10 kg	9.95 kg	9.95 kg	-0.05 kg	-0.05 kg	0.02 kg	0 kg	± 0.079 kg
20 kg	19.65 kg	19.65 kg	-0.35 kg	-0.35 kg	0.02 kg	0 kg	± 0.079 kg
40 kg	39.6 kg	39.6 kg	-0.4 kg	-0.4 kg	0.03 kg	0 kg	± 0.079 kg
50 kg	49.36 kg	49.36 kg	-0.64 kg	-0.64 kg	0.03 kg	0 kg	± 0.079 kg
60 kg	59.12 kg	59.12 kg	-0.88 kg	-0.88 kg	0.03 kg	0 kg	± 0.079 kg
80 kg	79.1 kg	79.1 kg	-0.9 kg	-0.9 kg	0.03 kg	0 kg	± 0.079 kg
90 kg	88.88 kg	88.88 kg	-1.12 kg	-1.12 kg	0.03 kg	0 kg	± 0.079 kg
100 kg	98.67 kg	98.67 kg	-1.33 kg	-1.33 kg	0.03 kg	0 kg	± 0.079 kg

Excentricidad:

Patrón (Standard)	Posición					Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±) Tolerance (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha		
50 kg	49.35 kg	49.32 kg	49.36 kg	49.33 kg	49.36 kg	0.04 kg	0.03 kg

Repetibilidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
50 kg	49.36 kg	0.24 kg	0.03 kg	100 kg	98.67 kg	0.05 kg	0.03 kg
	49.36 kg				98.67 kg		
	49.6 kg				98.67 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		
	49.6 kg				98.72 kg		