



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 60699
Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-28
Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-09-05
Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2028-09
Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-09-05

Cliente (Client): INGENIERIA BIOMEDICA
AV VICENTE ROCAFUERTE SN Y FENICIO ANGULO, QUITO, PICHINCHA (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)					
Equipo (Instrument): Marca (Brand): Modelo (Model): Serie (Serial #):	Analizador de Desfibrilador	Int. de Medición: (Measurement Range)	(0 a 700) J	Ubicación: (Location)	Laboratorio
	Dynatech Nevada				
	PEI 3100B	División de escala: (Resolution)	0.1 J	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC
	6366				INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure): INN-PC-16		Temperatura (Temp): (21.1 °C a 21.1 °C)	Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Transmille	AC-28692	2025-06-24	2 años
Multicalibrador Patrón	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
Contador de Frecuencia	TTI	AC-29280	2023-09-25	2 años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Pulso de Joules realizados con Desfibrilador con carga resistiva de 50 Ω, calculado mediante fórmula ($I^2 \cdot R \cdot t$).
Comments

Calibrado por:
Calibrated by:

Ing. Mateo Bórquez

Aprobado por:
Approved by:

Certificado No.: 60699

Equipo (Instrument): Analizador de Desfibrilador

Fecha de Calibración: 2025-09-05

Marca (Brand): Dynatech Nevada

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	10.945 J (4.610 A)	11 J	-0.180 J	± 0.55 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	13.082 J (5.040 A)	13 J	-0.366 J	± 0.55 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	19.038 J (6.080 A)	19 J	-0.200 J	± 0.55 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	25.235 J (7.000 A)	25 J	-0.122 J	± 0.55 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	37.209 J (8.500 A)	37 J	0.241 J	± 0.55 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	61.187 J (10.90 A)	62 J	0.563 J	± 0.61 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	92.888 J (13.43 A)	94 J	0.142 J	± 0.61 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	124.689 J (15.56 A)	126 J	-0.319 J	± 0.61 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	148.135 J (16.96 A)	150 J	-0.175 J	± 0.61 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	185.524 J (18.98 A)	187 J	-0.584 J	± 0.61 %
Energía Desfibrilador @ 50 Ω	700 J	356.762 J (26.32 A)	360 J	0.268 J	± 0.61 %