

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

Certificado No. (Certificate #): 60721

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-08-29

Quito, Ecuador

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-08-29

(+593) 02 6040 607

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):

innovatec@innovatec.com.ec

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-08-29

Cliente (Client): Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
Vía Fernández de Córdoba, Plaza Córdoba, Ciudad de Panamá, Panamá

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Balanza	Capacidad Máx. (Max Capacity)	25 kg	Ubicación: (Location)	Veraguas
Marca (Brand):	CAS				
Modelo (Model):	AD-1	División de escala: (Resolution)	d: 0.005 kg / e: 5 g	Lugar de Calibración: (Place of Calibration):	In Situ On Site
Serie (Serial #):	97103518				
Código (Code):	02010	Clase (Class):	Media (III)		

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure): INN-PC-13

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temperatura (Temp): (20.6 °C a 20.6 °C)

Humedad (Humidity): (62 %HR a 62 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Pesas F1	-	56447	2025-03-10	1 año
Juego de Pesas M1	Changzhou Veidt Weighing	55590	2025-04-02	1 año
Juego de Pesas M1	Changzhou Veidt Weighing	55589	2025-04-02	1 año

Ejemplo Distribución de Excentricidad:



Cumplimiento de la balanza:

La balanza cumple con los errores máximos permitidos, dados en la OIML R76-1 en las siguientes pruebas:

Excentricidad:	Cumple
Linealidad:	Cumple
Repetibilidad:	Cumple

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:
Comments

Calibrado por:
Calibrated by: Ing. Rubén Ortega C.

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:60721Equipo (Instrument): Balanza

Fecha de Calibración:2025-08-27Marca (Brand): CAS

Resultados (Results)

Linealidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)		Error (Error)		E.M.P (±)	Histéresis	Incertidumbre (Uncertainty)
	Ascendente	Descendente	Ascendente	Descendente	Tolerance (±)	(Histerisis)	
0.500 kg	0.500 kg	0.500 kg	0 kg	0.000 kg	0.005 kg	0.000 kg	± 4.1 g
1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	0 kg	0.000 kg	0.005 kg	0.000 kg	± 4.1 g
1.500 kg	1.500 kg	1.495 kg	0 kg	-0.005 kg	0.005 kg	0.005 kg	± 4.1 g
2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	0 kg	0.000 kg	0.005 kg	0.000 kg	± 4.1 g
2.500 kg	2.500 kg	2.500 kg	0 kg	0.000 kg	0.005 kg	0.000 kg	± 4.1 g
5.000 kg	5.000 kg	5.000 kg	0 kg	0.000 kg	0.010 kg	0.000 kg	± 4.1 g
10.000 kg	10.000 kg	9.995 kg	0 kg	-0.005 kg	0.010 kg	0.005 kg	± 4.1 g
15.000 kg	15.000 kg	15.000 kg	0 kg	0.000 kg	0.015 kg	0.000 kg	± 4.1 g
20.000 kg	20.000 kg	20.000 kg	0 kg	0.000 kg	0.015 kg	0.000 kg	± 4.1 g
25.000 kg	25.000 kg	25.000 kg	0 kg	0.000 kg	0.015 kg	0.000 kg	± 4.1 g

Excentricidad:

Patrón (Standard)	Posición					Exceso Máximo (Max. Excess)	E.M.P (±)
	Superior Izquierda	Inferior Izquierda	Centro	Superior Derecha	Inferior Derecha		Tolerance (±)
10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg	0 kg	0.01 kg

Repetibilidad:

Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)	Patrón (Standard)	UBT (UUT)	Diferencia Máx. (Max. Difference)	E.M.P (±) Tolerance (±)
12.5 kg	12.5 kg	0 kg	0.01 kg	25 kg	25 kg	0 kg	0.015 kg
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		
	12.5 kg				25 kg		