

INFORME DE REVISION				
No. de Informe:	60823.1		Fecha de revisión:	2025-08-28
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Micropipeta		
Marca:	Ratiolab	Modelo:	Ratiopetta	
No. de serie:	YM6L111819		ID/Código:	QF-V-31
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses			
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón			
Informe realizado por:		Ing. Rodrigo Tejada.		

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada.