INNOVATEC Industrial Solutions

Cert. #:4038.01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / *CALIBRATION CERTIFICATE*

INNOVATECIS CIA LTDA
General José Maria Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro
Quito, Ecuador
(+593) 02 6040 607
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (*Certificate #*): 61094
Fecha de Recepción (*Reception Date*): 2025-09-10
Fecha de Calibración (*Calibration Date*): 2025-09-12
Próxima Fecha de Calibración (*Calibration Due*): 2026-09
Fecha de Emisión (*Emission Date*): 2025-09-12

Cliente (*Client*): ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A. ECUACONSERVAS
Dirección (Address): PEDRO VICENTE MALDONADO / A 73-0 Y 29 DE JUNIO, QUITO, PICHINCHA

Información del Instrumento (*Instrument Information*)

Equipo (*Instrument*):	Pesa	**Capacidad:** (*Capacity*):	3 kg	**Clase** (*Class*):	M2
Marca (*Brand*):	**********			**# de Piezas** (*# of pieces*):	*1*
Modelo (*Model*):	**********	**Material** (*Material*):	Acero inoxidable *Stainless Steel*	**Densidad** (*Density*):	7950 mg/cm³
Serie (*Serial #*):	INN-49039			**Ubicación** (Location):	**********
Código (*Code*):	**********	**Lugar de Calibración** (*Place of Calibration*):		Lab. INNOVATEC (INNOVATEC´s Lab.)	

Datos de Calibración (*Calibration Info*)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-14

Condiciones Ambientales (*Enviromental Conditions*)
Temperatura (Temp): (20 °C a 20 °C) **Humedad (Humidity): (45 %HR a 45 %HR)**

Trazabilidad (*Traceability Info*)

Patrón (*Standard*)	**Marca** (*Brand*)	**Cert. #**	**Última Calibración** (*Last Cal.*)	**Período (Period)**
Pesas F1 (0.3 a 5) kg	Rice Lake	SECM-M-2025-119-120-121-122	2025-07-05	1 año
Balanza Análitica	W&J	55503	2025-04-01	1 año
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

La calibración efectuada es trazable a uno o varios de los siguientes patrónes *(The calibration undertaken is traceable through one or more of the following standards)*.

Resultados (*Results*) Ver resultados en la hoja adjuntada *(See results on the attached sheet)*

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a traves de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, o otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025: 2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizo las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprovada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realzied at the NPL, NIST or other recognized National Standar Laboratories to the Internacional System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsable for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Firmado electrónicamente por:
Ing. Mateo Borquez
Gerente Técnico

Fin de Certificado (*End of Certificate*)

Certificado No.: 61094 **Equipo** *(Instrument):* Pesa

Fecha de Calibración: 2025-09-12 **Marca** *(Brand):* **********

Resultados *(Results)*

Identificación *(Identify)*	**Valor Nominal** *(Nominal Value)*	**Masa Convencional** *(Conventional Mass)*	**Incertidumbre** *(Uncertainty)*	**EMP** *(MPE)*
INN-49039	3000 g	3000 g +65 mg	± 0.12 g	± 0.8 g
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-