



## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATEC CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro  
Quito, Ecuador  
(+593) 02 6040 607  
innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 61397

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-09-17

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-09-22

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-09

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-09-22

Cliente (Client): SISTAGROSA S.A.  
AV. VICTOR SICURET, MZ11, SOLAR 4

### Información del Instrumento (Instrument Information)

|                      |                        |  |                 |  |                                    |
|----------------------|------------------------|--|-----------------|--|------------------------------------|
| Equipo (Instrument): | Contador de Frecuencia | Int. de Medición:<br>(Measurement Range) | Hasta 225 MHz   | Ubicación:<br>(Location)                         | *****                              |
| Marca (Brand):       | AGILENT                |  |                 |  |                                    |
| Modelo (Model):      | 53131A                 | División de escala:<br>(Resolution)      | 0.0000000001 Hz | Lugar de Calibración:<br>(Place of Calibration): | Lab. INNOVATEC<br>INNOVATEC's Lab. |
| Serie (Serial #):    | MY40002475             |  |                 |  |                                    |

### Datos de Calibración (Calibration Info)

### Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

|                                      |   |                                       |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Procedimiento (Procedure): INN-PC-16 | Temperatura (Temp): (31.1 °C a 31.1 °C) | Humedad (Humidity): (67 %HR a 67 %HR) |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|

### Trazabilidad (Traceability Info)

| Patrón (Standard)      | Marca (Brand) | Cert. #  | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|------------------------|---------------|----------|--------------------------------|------------------|
| Multímetro Patrón      | Transmille    | 51065    | 2024-03-26                     | 2 años           |
| Contador de Frecuencia | TTI           | AC-29280 | 2023-09-25                     | 2 años           |
| Multicalibrador Patrón | Transmille    | AC-31826 | 2025-06-24                     | 2 años           |

### Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Comentarios:<br>Comments | Código: SIS.PC.02.01 |
|--------------------------|----------------------|

|                                  |                   |                               |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|
| Calibrado por:<br>Calibrated by: | Mauricio Landívar | Aprobado por:<br>Approved by: |  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 61397

Equipo (Instrument): Contador de Frecuencia

Fecha de Calibración:

2025-09-22

Marca (Brand): AGILENT

| Tipo (Type)          | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT)       | Error (Error)    | Incertidumbre (Uncertainty) |
|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 0.1 Hz            | 0.1015431573 Hz | -0.0015431573 Hz | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 0.5 Hz            | 0.5013898551 Hz | -0.0013898551 Hz | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 1 Hz              | 1.0013902519 Hz | -0.0013902519 Hz | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 2 Hz              | 2.00120356 Hz   | -0.00120356 Hz   | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 3 Hz              | 3.00000217 Hz   | -0.00000217 Hz   | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 4 Hz              | 4.00000287 Hz   | -0.00000287 Hz   | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 5 Hz              | 5.00000090 Hz   | -0.00000090 Hz   | ± 6.7 mHz                   |
| Frecuencia Eléctrica | 10 Hz         | 10 Hz             | 9.99909986 Hz   | 0.00090014 Hz    | ± 6.7 mHz                   |