

INFORME DE REVISIÓN				
No. de Informe:	61547.1		Fecha de revisión:	2025-09-22
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Micropipeta			
Marca:	SCILOGEX	Modelo:	No indicado	
No. de serie:	YM3K012695	ID/Código:	QF-V-28	
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses			
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón			
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.			

<b>1. Motivo de la revisión:</b>
Mantenimiento preventivo
<b>2. Acción Inmediata</b>
Limpieza externa
<b>3. Complementos de la revisión:</b>
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
<b>4. Observaciones:</b>
Sin observaciones
<b>5. Recomendaciones:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada.</li> <li>• Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.</li> </ul>

