

INFORME DE REVISIÓN				
No. de Informe:	61547.1		Fecha de revisión:	2025-09-22
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Micropipeta			
Marca:	SCILOGEX	Modelo:	No indicado	
No. de serie:	YM3K012695		ID/Código:	QF-V-28
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses			
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón			
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.			

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
<ul style="list-style-type: none"> • Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada. • Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.

