

INFORME DE REVISION			
No. de Informe:	61550.1		Fecha de revisión: 2025-09-22
Descripción del proyecto y/o Equipo:	Micropipeta		
Marca:	MICROLITRBO	Modelo:	No indicado
No. de serie:	22202689	ID/Código:	QF-V-33
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses		
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón		
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada.		

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
- Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada. - Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte.

