


INFORME DE FUNCIONAMIENTO ELCOMETER

Por medio de la presente, hacemos constar que **E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.**, **representante exclusivo** para ventas, evaluación, servicio técnico y actualización de hardware y software de equipos y accesorios de la marca **ELCOMETER** para **Ecuador**, ha revisado con éxito el equipo **Elcometer 280**, detector de Defectos (Holiday) de CC pulsante, con serie N° **VK21188**.

Se realizó las pruebas necesarias para constatar su correcto funcionamiento. El equipo funciona con normalidad, pero a partir de los 25kv presenta una desviación negativa, arrojando voltaje por debajo de lo configurado según lo indicado por el fabricante. Dicha reparación debe ser realizada en fábrica para que el equipo pueda emitir el voltaje adecuado en toda su alcance.

De igual manera, reiteramos que en el territorio ecuatoriano únicamente **E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.** cuenta con los equipos y softwares necesarios para verificar el correcto funcionamiento de los equipos marca **ELCOMETER**.

Atentamente,



Damián Cuenca

Departamento Técnico.

E&E EQUIPMENT CIA. LTDA.



e&e
equipment
R.U.C. 1792577187001

