



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA	Certificado No. (Certificate #): 63754
General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro	Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-11-26
Quito, Ecuador	Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-12-01
(+593) 02 6040 607	Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2026-12
innovatec@innovatec.com.ec	Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-12-01

Cliente (Client):	HONORABLE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO
	PRIMERA CONSTITUYENTE Y CARABOBO, RIOBAMBA, CHIMBORAZO

Información del Instrumento (Instrument Information)			
Equipo (Instrument):	Multiparámetros	Código (Code):	Int. de Medición: (0 a 50) °C
Marca (Brand):	YSI	Ubicación (Location):	(Measurement Range): (0 a 14) pH
Modelo (Model):	PRO DSS	Lugar de Calibración	División de escala: 0.1 °C
Serie (Serial #):	18E103074	(Place of Calibration):	(Resolution): 0.01 pH
		Laboratorios INNOVATEC	
		On Site	

Datos de Calibración (Calibration Info)		Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)	
Procedimiento (Procedure):	INN-PC-02	Temp. Inicial (Initial Temp.):	Hum. Inicial (Initial Hum.):
		21.4 °C	54.9 %HR
		Temp. Final (Final Temp.):	Hum. Final (Final Hum.):
		21.9 °C	52.2 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)				
Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
PRT	ISOTECH	AC-31859	2025-06-30	2 años
Advanced Multimeter	Transmille	51065	2024-03-26	2 años
Calibrador de Presión	Martel	US011-MKE-CI-25000050-1	2025-01-02	2 años

Material de Referencia (Reference Material)	Marca (Brand)	LOT #	Fecha Cert. (Cert. Date)	Caduca en (Expires in)
Conductivity Standard	OAKLON	CC24750	2023-06-09	3 años
Conductivity Standard	OAKLON	CC25032	2023-11-16	3 años
Conductivity Standard	OAKLON	CC25314	2023-01-23	3 años

Resultados (Results)	Ver Resultados en Hoja Adjunta
	See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de k=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of k=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios:	Los valores con # no están dentro del alcance de acreditación de A2LA, pero sí dentro de la competencia técnica de INNOVATEC.
--------------	---

Comments

Calibrado por:	Ing. Patricio Llerena	Aprobado por:
Calibrated by:		Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 63754

Equipo (Instrument): Multiparámetros

Fecha de Calibración: 2025-12-01

Marca (Brand): YSI

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
15 °C	15.349 °C	15.4 °C	0.051 °C	± 0.2 °C	± 5.9E-02 °C
30 °C	30.509 °C	30.6 °C	0.091 °C	± 0.2 °C	± 5.8E-02 °C

Nominal (Nominal)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (Tolerance)	Incertidumbre (Uncertainty)
#600 mmHg	572 mmHg	575 mmHg	2 mmHg	±10 mmHg	±0.7 mmHg
#1100 mmHg	763 mmHg	767 mmHg	4 mmHg	±10 mmHg	±0.7 mmHg
84 µS/cm	81 µS/cm	87 µS/cm	6 µS/cm	3 µS/cm	±0.8 µS/cm
1413 µS/cm	1410 µS/cm	1421 µS/cm	11 µS/cm	3 µS/cm	±0.8 µS/cm
#10 mg/L	10 mg/L	10 mg/L	0 mg/L	1 mg/L	0.7 mg/L