

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 64296

Fecha de Recepción (Reception Date): 2025-12-11

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2025-12-12

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):

Fecha de Emisión (Emission Date): 2025-12-12

Cliente (Client): Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salinas
10 DE AGOSTO S/N Av 22 de Diciembre

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Detector de Gases**Marca (Brand):** MAHA**Modelo (Model):** MET 6.1**Serie (Serial #):** 10001862**Código (Code):** *******Int. de Medición:**
(Measurement Range):10.1 CO ppm
101.6 CO ppm
10.1 CO₂ ppm
100.4 CO₂ ppm**División de escala:**
(Resolution):0.1 CO ppm
0.1 CO₂ ppm**Ubicación:**
(Location):

Laboratorio

Lugar de Calibración:
(Place of Calibration):Lab. INNOVATEC
INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento (Procedure):

INN-PC-37

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temp. Inicial (Initial Temp.): 22.5 °C**Temp. Final (Final Temp.):** 22.7 °C**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 60.2 %HR**Hum. Final (Final Hum.):** 60.8 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Material de Referencia (Reference Material)**Marca (Brand)****Cert. #****Fecha Cert. (Cert. Date)****Caduca en (Expires in)**

Reference Gas

COREGAS

QCSPC034031

2023-12-10

5 años

Reference Gas

COREGAS

QCSPC034029

2023-10-30

5 años

Reference Gas

COREGAS

QCSPC034030

2023-10-30

5 años

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.

Comentarios: Ninguno.
Comments

Calibrado por: Ing. Isaac Calle
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:



Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.:64296

Equipo (Instrument):Detector de Gases

Fecha de Calibración:2025-12-12

Marca (Brand):MAHA

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
CO - Monóxido de Carbono	0.0 ppm mol	0.0 ppm mol	0.0 ppm mol	± 2.03 ppm mol	± 0.0 ppm mol
CO - Monóxido de Carbono	10.1 ppm mol	10.2 ppm mol	0.1 ppm mol	± 2.01 ppm mol	± 0.77 ppm mol
CO - Monóxido de Carbono	101.6 ppm mol	101.1 ppm mol	-0.5 ppm mol	± 2.10 ppm mol	± 2.5 ppm mol
CO2 - Dióxido de Carbono	50.3 ppm mol	9.8 ppm mol	1.0 ppm mol	± 2.01 ppm mol	± 0.77 ppm mol
CO2 - Dióxido de Carbono	100.7 ppm mol	102.5 ppm mol	1.8 ppm mol	± 2.01 ppm mol	± 2.2 ppm mol