

INFORME DE REVISION				
No. de Informe:	64385.1		Fecha de revisión:	2025-10-16
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Micropipeta		
Marca:	Fisherbrand	Modelo:	Finnpipette	
No. de serie:	U47840		ID/Código:	QF-V-26
Propietario:	Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses			
Contacto:	Lic. Lilia Pinzón			
Informe realizado por:		Ing. Rodrigo Tejada.		

1. Motivo de la revisión:
Mantenimiento preventivo
2. Acción Inmediata
Limpieza externa e interna
3. Complementos de la revisión:
Se realiza la revisión interna y mantenimiento interno
Se coloco grasa en el resorte interior
4. Observaciones:
Sin observaciones
5. Recomendaciones:
• Es recomendable mantener la pipeta en un soporte en posición vertical despues de ser utilizada. • Es recomendable durante el almacenamiento en el valor maximo de ajuste, para evitar desgaste en el resorte. •

