

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 65629

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-01-29

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-01-30

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2028-01-30

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-01-30

Cliente (Client): MIGUEL ANGEL MONTEZUMA
 Corregimiento de Rufina Alfaro, calle Ave. Porras, Casa L-49, Urb San Antonio

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument):	Medidor Resistencia de devanado	Int. de Medición:	180 Ω	Ubicación:	Campo
Marca (Brand):	Weshine	(Measurement Range)		(Location)	
Modelo (Model):	VS-3320A	División de escala:	1 Ω	Lugar de Calibración:	Lab. INNOVATEC PANAMÁ
Serie (Serial #):	332024014	(Resolution)		(Place of Calibration):	INNOVATEC's Lab.

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-08

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (22.8 °C a 23.2 °C)

Humedad (Humidity): (65 %HR a 68 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Última Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Multímetro Patrón	Fluke	CMP-10155	2024-11-27	2 año

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno
Comments:

Calibrado por: Ing. Rubén Ortega C.
Calibrated by:

Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)


Certificado No.: 65629

Equipo (Instrument): Medidor Resistencia de devanado

Fecha de Calibración: 2026-01-30

Marca (Brand): Weshine

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia Riso HV RA0 @ 100 mA	200 Ω	1.3942 Ω	1.0279 Ω	-0.3663 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 100 mA	200 Ω	1.3942 Ω	1.0281 Ω	-0.3661 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 100 mA	200 Ω	1.3942 Ω	1.0281 Ω	-0.3661 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 1 A	20 Ω	1.2819 Ω	1.0220 Ω	-0.2599 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 1 A	20 Ω	1.2819 Ω	1.0222 Ω	-0.2597 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 1 A	20 Ω	1.2819 Ω	1.0220 Ω	-0.2599 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 100 mA	200 Ω	10.4461 Ω	10.0920 Ω	-0.3541 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 100 mA	200 Ω	10.4461 Ω	10.0930 Ω	-0.3531 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 100 mA	200 Ω	10.4461 Ω	10.0900 Ω	-0.3561 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 1 A	20 Ω	10.2500 Ω	10.2380 Ω	-0.0120 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 1 A	20 Ω	10.2500 Ω	10.2730 Ω	0.0230 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 1 A	20 Ω	10.2500 Ω	10.3030 Ω	0.0530 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 100 mA	200 Ω	15.1808 Ω	15.0250 Ω	-0.1558 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 100 mA	200 Ω	15.1808 Ω	15.0240 Ω	-0.1568 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 100 mA	200 Ω	15.1808 Ω	15.0250 Ω	-0.1558 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 1 A	20 Ω	15.2130 Ω	14.8970 Ω	-0.3160 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 1 A	20 Ω	15.2130 Ω	14.8720 Ω	-0.3410 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 1 A	20 Ω	15.2130 Ω	14.8470 Ω	-0.3660 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 100 mA	200 Ω	56.3567 Ω	56.1960 Ω	-0.1607 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 100 mA	200 Ω	56.3567 Ω	56.1940 Ω	-0.1627 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 100 mA	200 Ω	56.3567 Ω	56.2040 Ω	-0.1527 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso HV RA0 @ 100 mA	200 Ω	180.2627 Ω	180.0100 Ω	-0.2527 Ω	± 12 mΩ
Resistencia Riso HV RB0 @ 100 mA	200 Ω	180.2627 Ω	180.0000 Ω	-0.2627 Ω	± 12 mΩ
Resistencia Riso HV RC0 @ 100 mA	200 Ω	180.2627 Ω	180.0100 Ω	-0.2527 Ω	± 12 mΩ
Resistencia Riso LV ab @ 100 mA	200 Ω	1.1933 Ω	1.0213 Ω	-0.1720 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV bc @ 100 mA	200 Ω	1.1933 Ω	1.0212 Ω	-0.1721 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ca @ 100 mA	200 Ω	1.1933 Ω	1.0210 Ω	-0.1723 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ab @ 1 A	20 Ω	1.1656 Ω	1.0283 Ω	-0.1373 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV bc @ 1 A	20 Ω	1.1656 Ω	1.0282 Ω	-0.1374 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ca @ 1 A	20 Ω	1.1656 Ω	1.0277 Ω	-0.1379 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ab @ 100 mA	200 Ω	10.2647 Ω	10.1140 Ω	-0.1507 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV bc @ 100 mA	200 Ω	10.2647 Ω	10.1130 Ω	-0.1517 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ca @ 100 mA	200 Ω	10.2647 Ω	10.1060 Ω	-0.1587 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ab @ 1 A	20 Ω	10.2567 Ω	10.2600 Ω	0.0033 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV bc @ 1 A	20 Ω	10.2567 Ω	10.2880 Ω	0.0313 Ω	± 0.20 mΩ
Resistencia Riso LV ca @ 1 A	20 Ω	10.2567 Ω	10.3150 Ω	0.0583 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso LV ab @ 100 mA	200 Ω	15.1501 Ω	15.0230 Ω	-0.1271 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso LV bc @ 100 mA	200 Ω	15.1501 Ω	15.0250 Ω	-0.1251 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso LV ca @ 100 mA	200 Ω	15.1501 Ω	15.0260 Ω	-0.1241 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso LV ab @ 1 A	20 Ω	15.1622 Ω	14.8820 Ω	-0.2802 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso LV bc @ 1 A	20 Ω	15.1622 Ω	14.8640 Ω	-0.2982 Ω	± 1.3 mΩ
Resistencia Riso LV ca @ 1 A	20 Ω	15.1622 Ω	14.8390 Ω	-0.3232 Ω	± 1.3 mΩ

Certificado No.: 65629

Equipo (Instrument): Medidor Resistencia de devanado

Fecha de Calibración: 2026-01-30

Marca (Brand): Weshine

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Resistencia Riso LV ab @ 100 mA	200 Ω	56.3530 Ω	56.1940 Ω	-0.1590 Ω	± 1.3 m Ω
Resistencia Riso LV bc @ 100 mA	200 Ω	56.3530 Ω	56.1910 Ω	-0.1620 Ω	± 1.3 m Ω
Resistencia Riso LV ca @ 100 mA	200 Ω	56.3530 Ω	56.1940 Ω	-0.1590 Ω	± 1.3 m Ω
Resistencia Riso LV ab @ 100 mA	200 Ω	180.3067 Ω	180.0000 Ω	-0.3067 Ω	± 12 m Ω
Resistencia Riso LV bc @ 100 mA	200 Ω	180.3067 Ω	179.9700 Ω	-0.3367 Ω	± 12 m Ω
Resistencia Riso LV ca @ 100 mA	200 Ω	180.3067 Ω	180.0000 Ω	-0.3067 Ω	± 12 m Ω