

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS, S.A.

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 65632**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-01-29**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-01-29**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2028-01-29**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-01-29

Cliente (Client): MIGUEL ANGEL MONTEZUMA
Corregimiento de Rufina Alfaro, calle Ave. Porras, Casa L-49, Urb San Antonio

Información del Instrumento (Instrument Information)

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------|
| Equipo (Instrument): | Comprobador de Resistencia a tierra | Int. de Medición: (Measurement Range) | 100 VAC, 200 kΩ, 500AAC | Ubicación: (Location) | Campo |
| Marca (Brand): | Weshine | División de escala: (Resolution) | 1 V, 0.001 Ω; 0.01 AAC | Lugar de Calibración: (Place of Calibration): | Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab. |
| Modelo (Model): | VS-3005 | | | | |
| Serie (Serial #) / ID: | 8124011173 | | | | |

Datos de Calibración (Calibration Info)**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (24.5 °C a 24.1 °C)**Humedad (Humidity):** (61 %HR a 55 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

| Patrón (Standard) | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Multicalibrador Patrón | Transmille | 59793 | 2025-08-07 | 1 año |
| Multímetro Patrón | Fluke | CMP-10155 | 2024-11-15 | 2 años |
| - | - | - | - | - |

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios:

Comments

Ninguno

Calibrado por:

Calibrated by:

Ing. Rubén Ortega C.

Aprobado por:

Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 65632

Equipo (Instrument): Comprobador de Resistencia a tierra

Fecha de Calibración: 2026-01-29

Marca (Brand): Weshine

| Tipo (Type) | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Tensión Alterna @ 50 Hz | 100 V | 10.00 V | 10.0 V | 0.0 V | ± 0.17 V |
| Tensión Alterna @ 50 Hz | 100 V | 25.00 V | 25 V | 0.10 V | ± 0.17 V |
| Tensión Alterna @ 50 Hz | 100 V | 50.00 V | 50 V | 0.20 V | ± 0.20 V |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 60 A | 6.00 A | 6.00 A | 0.00 A | ± 0.63 A |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 60 A | 54.00 A | 53.90 A | -0.10 A | ± 0.64 A |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 100 A | 100.00 A | 100.10 A | 0.10 A | ± 0.65 A |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 200 A | 200.00 A | 198.00 A | -2.00 A | ± 0.66 A |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 300 A | 300.00 A | 297.00 A | -3.00 A | ± 0.67 A |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 400 A | 400.00 A | 397.00 A | -3.00 A | ± 0.68 A |
| Intensidad Alterna @ 50 Hz | 500 A | 500.00 A | 501.00 A | 1.00 A | ± 0.69 A |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 0.202 Ω | 0.282 Ω | 0.080 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 1.108 Ω | 1.174 Ω | 0.066 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 5.014 Ω | 5.106 Ω | 0.092 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 10.115 Ω | 10.186 Ω | 0.071 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 14.962 Ω | 15.095 Ω | 0.133 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 30.11 Ω | 30.28 Ω | 0.17 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 50.90 Ω | 50.90 Ω | 0.00 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 101.30 Ω | 101.31 Ω | 0.01 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 151.89 Ω | 152.14 Ω | 0.25 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 195.80 Ω | 195.59 Ω | -0.21 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 388.6 Ω | 390.6 Ω | 2.0 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 489.5 Ω | 492.3 Ω | 2.8 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 1.0017 kΩ | 1.0021 kΩ | 0.0004 kΩ | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 1.9915 kΩ | 1.9829 kΩ | -0.0086 kΩ | ± 0.16 Ω |
| Resistencia Eléctrica 2 Polos | 200 kΩ | 9.839 kΩ | 9.876 kΩ | 0.037 kΩ | ± 0.16 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 1.108 Ω | 1.228 Ω | 0.120 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 5.014 Ω | 5.222 Ω | 0.208 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 10.115 Ω | 10.209 Ω | 0.094 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 14.962 Ω | 15.079 Ω | 0.117 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 30.11 Ω | 30.42 Ω | 0.31 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 50.90 Ω | 51.11 Ω | 0.21 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 101.30 Ω | 101.38 Ω | 0.08 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 151.89 Ω | 151.80 Ω | -0.09 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 195.80 Ω | 195.59 Ω | -0.21 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 388.6 Ω | 391.7 Ω | 3.1 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 489.5 Ω | 491.7 Ω | 2.2 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 1.0017 kΩ | 1.0021 kΩ | 0.0004 kΩ | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 1.9915 kΩ | 1.9829 kΩ | -0.0086 kΩ | ± 0.16 Ω |
| Resistencia Eléctrica 3 Polos | 200 kΩ | 9.839 kΩ | 9.897 kΩ | 0.058 kΩ | ± 0.16 Ω |

Certificado No.: 65632

Equipo (Instrument): Comprobador de Resistencia a tierra

Fecha de Calibración: 2026-01-29

Marca (Brand): Weshine

| Tipo (Type) | Rango (Range) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 1.015 Ω | 1.119 Ω | 0.104 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 4.956 Ω | 5.051 Ω | 0.095 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 10.085 Ω | 10.124 Ω | 0.039 Ω | ± 13 mΩ |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 14.892 Ω | 15.002 Ω | 0.110 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 30.04 Ω | 30.21 Ω | 0.17 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 50.65 Ω | 50.90 Ω | 0.25 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 101.01 Ω | 101.24 Ω | 0.23 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 151.64 Ω | 151.86 Ω | 0.22 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 195.60 Ω | 195.38 Ω | -0.22 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 388.4 Ω | 390.6 Ω | 2.2 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 489.4 Ω | 491.7 Ω | 2.3 Ω | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 1.0016 kΩ | 1.0027 kΩ | 0.0011 kΩ | ± 0.13 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 1.9913 kΩ | 1.9857 kΩ | -0.0055 kΩ | ± 0.16 Ω |
| Resistencia Eléctrica 4 Polos | 200 kΩ | 9.838 kΩ | 9.898 kΩ | 0.060 kΩ | ± 0.16 Ω |