

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA LTDA

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 66102

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-02-11

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-02-11

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-02

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-02-11

Cliente (Client): AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.
 TANICUCHI / PANAMERICANA NORTE (Km. 21), LATACUNGA, COTOPAXI (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

| | | |
|---|--|---|
| Equipo (Instrument): Wet Film Comb | Int. de Medición: (1 a 118) mil/thou | Ubicación (Location): ***** |
| Marca (Brand): Elcometer | <i>(Measurement Range)</i> | |
| Modelo (Model): 112 | Serie/Código: MOL-PELHUM-02 / MOL-PELHUM-02 | Lugar de Calibración (Place of Calibration): Lab. Innovatec / Innovatec's Lab. |

Datos de Calibración (Calibration Info)
Procedimiento (Procedure): INN-PC-34

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)
Temperatura (Temp): (20.79 °C a 20.83 °C) **Humedad (Humidity):** (67.5 %HR a 67.9 %HR)

Trazabilidad (Traceability Info)

| Patrón (Standard) | Marca (Brand) | Cert. # | Última Calibración (Last Cal.) | Período (Period) |
|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Pie de Rey | Starret | 56647 | 2025-05-06 | 2 años |
| Micrómetro | Pantec | 55802 | 2025-04-09 | 2 años |

Resultados (Results)

Ver resultados en Hoja adjuntada

See results on attached sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de K=2, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of K=2, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Ninguno.

Calibrado por: Jonathan Fonseca
Calibrated by:
Aprobado por:
Approved by:

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 66102
Fecha de Calibración: 2026-02-11

Equipo (Instrument): Wet Film Comb
Marca (Brand): Elcometer

| Identificación (Identification) | Patrón (Standard) | UBP (UUT) | Error (Error) | Incertidumbre (Uncertainty) |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Galga | 0.001 in | 0.001 in | 0.001 in | ± 0.00058 in |
| Galga | 0.002 in | 0.001 in | 0.001 in | ± 0.00058 in |
| Galga | 0.003 in | 0.003 in | 0.003 in | ± 0.00058 in |
| Galga | 0.004 in | 0.004 in | 0.003 in | -0.001 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.005 in | 0.005 in | 0.004 in | -0.001 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.006 in | 0.005 in | 0.005 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.007 in | 0.007 in | 0.007 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.008 in | 0.008 in | 0.008 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.009 in | 0.009 in | 0.008 in | -0.001 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.01 in | 0.009 in | 0.009 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.011 in | 0.011 in | 0.011 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.012 in | 0.012 in | 0.012 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.014 in | 0.014 in | 0.014 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.016 in | 0.016 in | 0.016 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.018 in | 0.019 in | 0.019 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.02 in | 0.02 in | 0.019 in | -0.001 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.022 in | 0.022 in | 0.022 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.024 in | 0.023 in | 0.023 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.026 in | 0.025 in | 0.025 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.028 in | 0.028 in | 0.028 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.031 in | 0.031 in | 0.031 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.033 in | 0.032 in | 0.032 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.035 in | 0.035 in | 0.034 in | -0.001 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.039 in | 0.039 in | 0.039 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.043 in | 0.042 in | 0.042 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.047 in | 0.048 in | 0.048 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.055 in | 0.055 in | 0.055 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.063 in | 0.063 in | 0.062 in | -0.001 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.071 in | 0.07 in | 0.07 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.079 in | 0.079 in | 0.079 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.087 in | 0.086 in | 0.086 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.094 in | 0.094 in | 0.094 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.102 in | 0.102 in | 0.102 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.11 in | 0.11 in | 0.11 in | 0 in ± 0.00058 in |
| Galga | 0.118 in | 0.119 in | 0.118 in | -0.001 in ± 0.00058 in |