

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BÁSICO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Informe No.:	66142	Fecha de Mantenimiento:	2026-02-12
Propietario:	LA GANGA R.C.A. S.A.	Técnico de Mantenimiento:	Jonathan Fonseca
Dirección:	JOSE CASTILLO CASTILLO S/N Y MIGUEL ANGEL GRANADOS		

1. Datos

Equipo:	GLUCOMETRO	Código empresa:	*****
Marca:	ACCU-CHEK	Rango:	*****
Modelo:	972	División de escala:	*****
Serie:	97210347433	Ubicación:	*****

2. Condiciones Ambientales

Temperatura:	(21 ± 10) °C	Humedad Relativa:	(50 ± 15) %HR
---------------------	--------------	--------------------------	---------------

3. Antecedente

La entidad contrata el servicio de Mantenimiento Preventivo Básico del equipo, a fin de mantener la vida útil y funcionamiento óptimo.

4. Descripción de Actividades Realizadas

La ejecución de este mantenimiento se realiza por escalones:

4.1. Primer Escalón:

- 4.1.1. Verificación del estado físico del equipo (PASS).
- 4.1.2. Verificación del encendido del equipo (PASS).

Detalles:

En esta etapa se identifica que el equipo funciona correctamente, se encuentran residuos biológicos dentro de las piezas intercambiables, esto por el uso normal y continuo del equipo. Se realiza limpieza profunda de todas las piezas.

4.2. Segundo Escalón:

- 4.2.1. Verificación de lectura del equipo (PASS).

Detalles:

INFORME DE MANTENIMIENTO	Código:	66142
	Edición:	01
	Fecha Emisión:	2026-02-12

Produced by
Approved by



Eng. – Maintenance Technician
uez, Eng. – Technical Manager



Se determina que el equipo refleja lecturas al colocar la cinta para muestra de sangre. Se determina que el equipo funciona correctamente y se puede utilizar sin novedades.

5. Conclusiones

5.1. El mantenimiento preventivo fue llevado con éxito, garantizando la vida útil del equipo bajo condiciones normales de uso.

6. Recomendaciones

6.1. Se debería limpiar con un trapo y/o toalla de papel ligeramente húmeda para evitar acumulación excesiva de polvos sobre los componentes y la base.

7. Aprobación

A continuación, se detalla los datos de las personas involucradas en la ejecución de este servicio:

Jonathan Fonseca
Técnico de mantenimiento

Ing. Mateo Bórquez
Gerente Técnico



INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 66142
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2026-02-12

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager

8. Anexo Fotográfico





Figura 1. Vista General del Equipo.



INFORME DE MANTENIMIENTO	Código: 66142
	Edición: 01
	Fecha Emisión: 2026-02-12

Produced by: Isaac Calle, Eng. – Maintenance Technician
Approved by: Mateo Borquez, Eng. – Technical Manager