

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

INNOVATECIS CIA. LTDA.

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO

QUITO, ECUADOR

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

Certificado No. (Certificate #): 66911

Fecha de Recepción (Reception Date): 2026-03-06

Fecha de Calibración (Calibration Date): 2026-03-18

Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due): 2027-03

Fecha de Emisión (Emission Date): 2026-03-18

Cliente (Client): ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA
Km 1 1/2 Via a Santo Domingo, ALOAG, PICHINCHA (SEDE PRINCIPAL)

Información del Instrumento (Instrument Information)

Equipo (Instrument): Goniómetro	Ubicación (Location): *****	Int. de Medición: (0 a 90) °
Marca (Brand): MITUTOYO	Código (Code): PCG-0002	(Measurement Range)
Modelo (Model): 187-908	Lugar de Calibración Lab. INNOVATEC	División de escala: 0.08 °
Serie (Serial #): 194145	(Place of Calibration): (Ecuador)	(Resolution)

Datos de Calibración (Calibration Info)

Procedimiento
(Procedure): INN-PC-32 Por Comparación.

Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)

Temp. Inicial (Initial Temp.): 22.3 °C

Temp. Final (Final Temp.): 22.5 °C

Hum. Inicial (Initial Hum.): 58.9 %HR

Hum. Final (Final Hum.): 58.4 %HR

Trazabilidad (Traceability Info)

Patrón (Standard)	Marca (Brand)	Cert. #	Ultima Calibración (Last Cal.)	Período (Period)
Angle block set	Fowler	US011-MKE-CI-24448299-1	2024-12-31	2 Años

Resultados (Results)

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de $k=2$, 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of $k=2$, 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

Comentarios: Los resultados en # no se encuentran dentro de la acreditación de A2LA, pero si dentro de las capacidades de INNOVATEC.

(Comments):

Calibrado por: Jonathan Fonseca
(Calibrated by):

Aprobado por:
(Approved by):

Fin de Certificado (End of Certificate)

Certificado No.: 66911

Equipo (Instrument): Goniómetro

Fecha de Calibración: 2026-03-18

Marca (Brand): MITUTOYO

Tipo (Type)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Exactitud (Accuracy)	Incertidumbre (Uncertainty)
I Cuadrante	# 0 °	0.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02 °
I Cuadrante	10 °	10.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02 °
I Cuadrante	15 °	15.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
I Cuadrante	30 °	30.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
I Cuadrante	45 °	45.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02 °
I Cuadrante	60 °	60.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 5.1E-02 °
I Cuadrante	88 °	88.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
I Cuadrante	90 °	90.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.7E-02 °
I Cuadrante	92 °	92.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
I Cuadrante	100 °	100.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 5.3E-02 °
II Cuadrante	# 0 °	0.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02 °
II Cuadrante	10 °	10.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	15 °	15.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	30 °	30.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.6E-02 °
II Cuadrante	45 °	45.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02 °
II Cuadrante	60 °	60.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	88 °	88.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	90 °	90.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	92 °	92.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
II Cuadrante	100 °	100.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	# 0 °	0.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02 °
III Cuadrante	10 °	10.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	15 °	15.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	30 °	30.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	45 °	45.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	60 °	60.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	88 °	88.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	90 °	90.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	92 °	92.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
III Cuadrante	100 °	100.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	# 0 °	0.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.9E-02
IV Cuadrante	10 °	10.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	15 °	15.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	30 °	30.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	45 °	45.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	60 °	60.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	88 °	88.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	90 °	90.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	92 °	92.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °
IV Cuadrante	100 °	100.00 °	0.00 °	± 0.08 °	± 4.8E-02 °

