

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

**INNOVATECIS CIA LTDA**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 67560**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-03-25**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-04-09**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2027-04**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-04-09

**Cliente (Client):** CONSTRUCCIONES Y PRESTACIONES PETROLERAS S.A. CPP  
LA CORUÑA N28-14 Y MANUEL ITURREY, QUITO, PICHINCHA

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

<b>Equipo (Instrument):</b>	Multímetro	<b>Int. de Medición:</b> (Measurement Range)	1000 VAC; 1000 VDC; 500 MΩ; 10 AAC; 10 ADC	<b>Ubicación:</b> (Location)	*****
<b>Marca (Brand):</b>	Fluke	<b>División de escala:</b> (Resolution)	0.1 mV; 0,1 mA; 0,0001 Ω	<b>Lugar de Calibración:</b> (Place of Calibration):	Lab. INNOVATEC INNOVATEC's Lab.
<b>Modelo (Model):</b>	289 True RMS				
<b>Serie (Serial #):</b>	25190113				

**Datos de Calibración (Calibration Info)****Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)****Temperatura (Temp):** (21.1 °C a 21.1 °C)**Humedad (Humidity):** (45 %HR a 45 %HR)**Trazabilidad (Traceability Info)**

<b>Patrón (Standard)</b>	<b>Marca (Brand)</b>	<b>Cert. #</b>	<b>Última Calibración (Last Cal.)</b>	<b>Período (Period)</b>
Multicalibrador Patrón	Transmille	AC-31826	2025-06-24	2 años
-	-	-	-	-

**Resultados (Results)**

Ver Resultados en Hoja Adjunta

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:** Ninguno.  
*Comments*

**Calibrado por:** Jonathan Fonseca  
*Calibrated by:*

**Aprobado por:**  
*Approved by:*



**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 67560

Equipo (Instrument): Multímetro

Fecha de Calibración: 2026-04-09

Marca (Brand): Fluke

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
54860070	50 mV	5 mV	4.983 mV	-0.017 mV	± 1.2 µV
Tensión Continua	50 mV	45 mV	44.984 mV	-0.016 mV	± 1.2 µV
Tensión Continua	500 mV	50 mV	49.98 mV	-0.02 mV	± 5.9 µV
Tensión Continua	500 mV	450 mV	449.97 mV	-0.03 mV	± 6.5 µV
Tensión Continua	5 V	0.5 V	0.5000 V	0.0000 V	± 0.058 mV
Tensión Continua	5 V	2.5 V	2.4998 V	-0.0002 V	± 0.069 mV
Tensión Continua	5 V	4.5 V	4.4997 V	-0.0003 V	± 0.069 mV
Tensión Continua	5 V	-2.5 V	-2.4998 V	0.0002 V	± 0.069 mV
Tensión Continua	5 V	-4.5 V	-4.4997 V	0.0003 V	± 0.069 mV
Tensión Continua	50 V	5 V	4.9996 V	0.000 V	± 0.58 mV
Tensión Continua	50 V	45 V	45.000 V	0.000 V	± 0.69 mV
Tensión Continua	500 V	50 V	50.000 V	0.00 V	± 5.8 mV
Tensión Continua	500 V	450 V	450.00 V	0.00 V	± 7.0 mV
Tensión Continua	1000 V	100 V	100.01 V	0.0 V	± 58 mV
Tensión Continua	1000 V	900 V	899.9 V	-0.1 V	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	50 mV	5 mV	4.998 mV	-0.002 mV	± 0.066 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	50 mV	45 mV	44.998 mV	-0.002 mV	± 0.066 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	500 mV	450 mV	450.13 mV	0.13 mV	± 0.13 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	5 V	4.5 V	4.5058 V	0.0058 V	± 1.3 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	50 V	45 V	45.054 V	0.054 V	± 29 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	500 V	450 V	450.32 V	0.32 V	± 58 mV
Tensión Alterna @ 50 Hz	1000 V	900 V	900.5 V	0.5 V	± 58 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	50 mV	5 mV	5.022 mV	0.022 mV	± 0.066 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	50 mV	45 mV	44.996 mV	-0.004 mV	± 0.066 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	500 mV	450 mV	449.96 mV	-0.04 mV	± 0.13 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	5 V	4.5 V	4.5033 V	0.0033 V	± 1.3 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	50 V	45 V	45.038 V	0.038 V	± 29 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	500 V	450 V	450.11 V	0.11 V	± 58 mV
Tensión Alterna @ 1 kHz	1000 V	900 V	900.1 V	0.1 V	± 58 mV
Resistencia Eléctrica	500 Ω	0 Ω	-0.20 Ω	-0.20 Ω	± 0.058 Ω
Resistencia Eléctrica	500 Ω	450 Ω	449.62 Ω	-0.38 Ω	± 0.058 Ω
Resistencia Eléctrica	5 kΩ	4.5 kΩ	4.4965 kΩ	-0.0035 kΩ	± 0.13 Ω
Resistencia Eléctrica	50 kΩ	45 kΩ	44.969 kΩ	-0.031 kΩ	± 1.6 Ω
Resistencia Eléctrica	500 kΩ	450 kΩ	449.41 kΩ	-0.59 kΩ	± 5.8 Ω
Resistencia Eléctrica	5 MΩ	4.5 MΩ	4.4961 MΩ	-0.0039 MΩ	± 91 Ω
Resistencia Eléctrica	30 MΩ	10 MΩ	9.991 MΩ	-0.009 MΩ	± 1.1 kΩ
Frecuencia	5 V @ 99 Hz	99 Hz	99.001 Hz	0.001 Hz	± 1.8 mHz
Frecuencia	3 V @ 9 kHz	9 kHz	9.000 kHz	0.000 kHz	± 1.8 Hz
Frecuencia	2 V @ 20 kHz	20 kHz	20.000 kHz	0.000 kHz	± 1.8 Hz
Intensidad Eléctrica Continua	500 µA	450 µA	450.05 µA	0.05 µA	± 0.0092 µA
Intensidad Eléctrica Continua	500 µA	-450 µA	-450.02 µA	-0.02 µA	± 0.0092 µA
Intensidad Eléctrica Continua	5000 µA	4500 µA	4500.50 µA	0.50 µA	± 0.095 µA
Intensidad Eléctrica Continua	5000 µA	-4500 µA	-4500.4 µA	-0.4 µA	± 0.095 µA
Intensidad Eléctrica Continua	50 mA	45 mA	44.989 mA	-0.011 mA	± 0.95 µA
Intensidad Eléctrica Continua	50 mA	-45 mA	-44.982 mA	0.018 mA	± 0.95 µA
Intensidad Eléctrica Continua	400 mA	360 mA	359.91 mA	-0.09 mA	± 5.8 µA
Intensidad Eléctrica Continua	400 mA	-360 mA	-359.90 mA	0.10 mA	± 5.8 µA

Certificado No.: 67560

Equipo (Instrument): Multímetro

Fecha de Calibración: 2026-04-09

Marca (Brand): Fluke

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Intensidad Eléctrica Continua	5 A	2.5 A	2.5002 A	0.00 A	± 0.47 mA
Intensidad Eléctrica Continua	5 A	4.5 A	4.5003 A	0.00 A	± 0.47 mA
Intensidad Eléctrica Continua	10 A	5 A	5.0003 A	0.00 A	± 0.74 mA
Intensidad Eléctrica Continua	10 A	9 A	9.001 A	0.00 A	± 0.74 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	500 µA	450 µA	450.12 µA	0.12 µA	± 0.0064 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	5000 µA	4500 µA	4502.6 µA	2.6 µA	± 0.060 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	50 mA	45 mA	44.976 mA	-0.024 mA	± 0.058 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	400 mA	360 mA	360.01 mA	0.01 mA	± 0.22 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	5 A	4.5 A	4.4976 A	0.00 A	± 9.5 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 50 Hz	10 A	9 A	9.002 A	0.00 A	± 9.5 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 1 kHz	500 µA	450 µA	450.08 µA	0.08 µA	± 0.0064 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 1 kHz	5000 µA	4500 µA	4502.4 µA	2.4 µA	± 0.060 µA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 1 kHz	50 mA	45 mA	44.988 mA	-0.012 mA	± 0.058 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 1 kHz	400 mA	360 mA	360.02 mA	0.02 mA	± 0.22 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 1 kHz	5 A	4.5 A	4.4977 A	0.00 A	± 9.5 mA
Intensidad Eléctrica Alterna @ 1 kHz	10 A	9 A	9.001 A	0.00 A	± 9.5 mA
Capacitancia	100 nF	100.32 nF	100.4 nF	0.08 nF	± 0.13 nF
Capacitancia	1 µF	0.9946 µF	0.994 µF	-0.0006 µF	± 0.65 nF
Capacitancia	10 µF	9.907 µF	9.98 µF	0.07 µF	± 2.7 nF