

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE

**INNOVATECIS, S.A.**

General José María Guerrero N69-170 y Alfonso del Hierro

Quito, Ecuador

(+593) 02 6040 607

innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 67580

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-03-25

**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-03-26

**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):** 2027-03-26

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-03-26

**Cliente (Client):** CONSORCIO HPH JOINT VENTURE  
 Oficina Panamá Pacifico, Boulevard Las Américas, Edificio RSSC

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

<b>Equipo (Instrument):</b>	Multímetro digital con pinza amperimétrica	<b>Int. de Medición:</b>	200 AAC/DC; 600 VAC/DC; 6000 Ω	<b>Ubicación:</b>	Campo
<b>Marca (Brand):</b>	FLUKE	<b>(Measurement Range)</b>		<b>(Location)</b>	
<b>Modelo (Model):</b>	365	<b>División de escala:</b>	0,1 AAC/DC; 0,1 VAC/DC; 1 Ω	<b>Lugar de Calibración:</b>	Lab. INNOVATEC
<b>Serie (Serial #) / ID:</b>	56180156WS	<b>(Resolution)</b>		<b>(Place of Calibration):</b>	INNOVATEC's Lab.

**Datos de Calibración (Calibration Info)**
**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-08

**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)**
**Temperatura (Temp):** (23.1 a 24.6) °C

**Humedad (Humidity):** (48 a 63) % HR

**Trazabilidad (Traceability Info)**

<b>Patrón (Standard)</b>	<b>Marca (Brand)</b>	<b>Cert. #</b>	<b>Última Calibración (Last Cal.)</b>	<b>Período (Period)</b>
Multicalibrador Patrón	Transmille	59793	2025-08-07	1 año

**Resultados (Results)**

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:**

Ninguno

Comments

**Calibrado por:**

Ing. Rubén Ortega C.

Calibrated by:

**Aprobado por:**

Approved by:

**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 67580

Equipo (Instrument): Multímetro digital con pinza amperimétrica

Fecha de Calibración:

2026-03-26

Marca (Brand): FLUKE

Tipo (Type)	Rango (Range)	Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	Incertidumbre (Uncertainty)
Intensidad continua	200 A	100.0 A	99.8 A	-0.2 A	± 3.6 A
Intensidad continua	200 A	180.0 A	180.0 A	0.0 A	± 3.6 A
Intensidad continua	200 A	-180.0 A	-180.0 A	0.0 A	± 3.6 A
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	60.0 V	60.0 V	0.0 V	± 0.2 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	300.0 V	299.8 V	-0.2 V	± 1.7 V
Tensión alterna @ 50 Hz	600 V	540.0 V	539.7 V	-0.3 V	± 1.9 V
Tensión alterna @ 200 Hz	600 V	540.0 V	539.7 V	-0.3 V	± 1.9 V
Resistencia	600 Ω	0.0 Ω	0.0 Ω	0.0 Ω	± 58 mΩ
Resistencia	600 Ω	540.0 Ω	539.5 Ω	-0.5 Ω	± 0.88 Ω
Resistencia	6000 Ω	5400 Ω	5394 Ω	-6 Ω	± 6.6 Ω
Intensidad alterna @ 50 Hz	200 A	20.0 A	20.0 A	0.0 A	± 1.1 A
Intensidad alterna @ 50 Hz	200 A	180.0 A	180.0 A	0.0 A	± 3.6 A
Intensidad alterna @ 200 Hz	200 A	180.0 A	180.0 A	0.0 A	± 3.6 A
Tensión continua	600 V	60.0 V	60.0 V	0.0 V	± 13 mV
Tensión continua	600 V	300.0 V	299.9 V	-0.1 V	± 84 mV
Tensión continua	600 V	-300.0 V	-299.8 V	0.2 V	± 84 mV
Tensión continua	600 V	540.0 V	539.8 V	-0.2 V	± 0.13 V
Tensión continua	600 V	-540.0 V	-539.6 V	0.4 V	± 0.13 V