

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CERTIFICATE**

**INNOVATECIS CIA. LTDA.**

JOSE MARIA GUERRERO N69-170 Y ALFONSO DEL HIERRO  
QUITO, ECUADOR  
(+593) 02 6040 607  
innovatec@innovatec.com.ec

**Certificado No. (Certificate #):** 67950

**Fecha de Recepción (Reception Date):** 2026-04-06

**Fecha de Calibración (Calibration Date):** 2026-04-09

**Próxima Fecha de Calibración (Calibration Due):**

**Fecha de Emisión (Emission Date):** 2026-04-09

**Cliente (Client):** CUYABENOPETRO S A  
AVENIDA PAMPITE S/N Y SIMÓN VALENZUELA EDIFICIO YOO CUMBAYÁ OFICINA 517, CUMBAYA, PICHINCHA

**Información del Instrumento (Instrument Information)**

<b>Equipo (Instrument):</b> Probeta Graduada Vidrio/Plástico	<b>Ubicación (Location):</b>	<b>Int. de Medición: (0 a 1000) ml</b> (Measurement Range)
<b>Marca (Brand):</b> GLASSCO	<b>Código (Code):</b> EQ-016	
<b>Modelo (Model):</b> 142.202.07A	<b>Lugar de Calibración (Place of Calibration):</b> Lab. INNOVATEC (Ecuador)	<b>División de escala: 10 ml</b> (Resolution)
<b>Serie (Serial #):</b> INN-43251		

**Datos de Calibración (Calibration Info)**

**Procedimiento (Procedure):** INN-PC-30 Gravimétrico

**Condiciones Ambientales (Environmental Conditions)**

**Temp. Inicial (Initial Temp.):** 22.5 °C

**Temp. Final (Final Temp.):** 22.8 °C

**Hum. Inicial (Initial Hum.):** 60.8 %HR

**Hum. Final (Final Hum.):** 60.9 %HR

**Trazabilidad (Traceability Info)**

<b>Patrón (Standard)</b>	<b>Marca (Brand)</b>	<b>Cert. #</b>	<b>Ultima Calibración (Last Cal.)</b>	<b>Período (Period)</b>
Balanza	Adam	67921	2026-03-02	1 Año

**Resultados (Results)**

Ver Resultados en Hoja Adjuntada

See results in attached Sheet

El presente Certificado de Calibración posee la trazabilidad en esta magnitud hacia el Patrón Nacional, a través de la realización de la unidad de medida en el NPL, NIST, u otro Laboratorio Nacional reconocido al Sistema Internacional de Medidas. La calibración fue realizada bajo un Sistema de Gestión de Laboratorio conforme a la Norma ISO/IEC 17025:2017. Los resultados y su incertidumbre reportada con un nivel de confianza de  $k=2$ , 95% son relacionados a este instrumento y en el tiempo que se realizó las medidas. Este Laboratorio no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado. La reproducción parcial es prohibida, la reproducción total deberá hacerse con la autorización escrita aprobada por INNOVATEC Industrial Solutions. *This Certificate of Calibration provides traceability of measurement to the National Standard, through units of measurement realized at the NPL, NIST or other recognized National Standard Laboratories to the International System of Units. The calibration was performed under a Laboratory Management System in accordance with the ISO/IEC 17025:2017 Standard. The results and the reported uncertainty at a confidence level of  $k=2$ , 95% are related only to this instrument and at the time of measurement. This Laboratory is not responsible for any damages that may result from improper use of the calibrated instrument. Partial reproduction is forbidden, the total reproduction must have an approved written authorization by INNOVATEC Industrial Solutions.*

**Comentarios:** Según especificaciones del fabricante. EMP:  $\pm 5$  ml

(Comments):

**Calibrado por:** Jonathan Fonseca  
(Calibrated by):

**Aprobado por:**

(Approved by):



**Fin de Certificado (End of Certificate)**

Certificado No.: 67950

Equipo (Instrument): Probeta Graduada Vidrio/Plástico

Fecha de Calibración: 2026-04-09

Marca (Brand): GLASSCO

Patrón (Standard)	UBP (UUT)	Error (Error)	E.M.P (M.P.E)	Incertidumbre (Uncertainty)	Regla de decisión
99.9865 ml	100 ml	0.0135 ml	± 5.0 ml	± 3.5E-01 µl	Cumple
249.9005 ml	250 ml	0.0995 ml	± 5.0 ml	± 3.5E-01 µl	Cumple
499.9213 ml	500 ml	0.0787 ml	± 5.0 ml	± 3.5E-01 µl	Cumple
750.0012 ml	750 ml	-0.0012 ml	± 5.0 ml	± 3.5E-01 µl	Cumple
999.9288 ml	1000 ml	0.0712 ml	± 5.0 ml	± 3.5E-01 µl	Cumple